

脳ドックMRI検査を受けられる方へ

次に該当する方は予めご連絡、ご相談ください

①次に該当する方は、MRI検査を受けられません。

- 心臓ペースメーカー、人工内耳、可動型義眼などの装着や除細動器（ICD、CRT-D）の埋め込み手術をされている方。
- 交通事故・板金・溶接などで目のケガをして、異物が残っている方（眼窩内異物の混入した方）
- MRI検査を他の医療機関から禁止されている方。 妊娠中、または妊娠の可能性のある方。

②次に該当する方は、治療を受けた病院や歯科へMRI検査が可能かご確認下さい。

- 平成9年以前に、脳動脈瘤の手術を受けられた方。
- ステント留置（心臓・頸部・その他）術後の方。 6週間以内は原則禁止
- 十字靭帯再建用Perfix-Interference-Screwの手術をされた方。
- 避妊リグ、胸骨ワイヤ、消化管スト、脳室シャフトが体内にある方。
- 過去の手術や治療中の疾患で体内に金属がある方（金属の種類：鉄・Alミ・合金・川等や大きさ、部位の確認も要）
- その他、体内に精密機械を入れる手術をした方。 インプラントや歯科矯正中及びその治療中の方。

③次に該当する方は、やけどや変色の恐れがあります。可能性を了承された場合のみ検査が可能です。

- 刺青（1.5Tのみ）、タトゥー、アートメイク（眉アート・まつ毛エクステなど）、ネイルアート（ジェルネイルなど）

④その他（場合によっては、検査が受けられない事があります）

- 増毛パウダーは使用しないで下さい。 かつら、ウィッグ、刺青などの方は当日申告して下さい。

※MR検査ができない方はCT検査（頭部）とレントゲン検査（頸椎）に変更となります。

検査前に取り外す物/持ち込めない物

以下の物は、故障したり、検査に影響することがあります。検査前に取り外してください。（ケースなど持参下さい）

- ・補聴器 ・義手 ・義足 ・義眼 ・装具 ・取り外せる義歯 ・カラーコンタクト
- ・アクセサリ類 ・ヘアピン類 ・安全ピン ・かつら ・ウィッグ ・携帯電話 ・カード類 ・財布
- ・ベルト ・チャックや金属ボタンなどの付いた衣類（主に上衣） ・矯正下着 ・サスペンダー
- ・湿布 ・使い捨てカイロ ・エレキパン ・コルセット ・サポーター ・その他金属類全般

検査内容

- ① 撮影時間は約20分～25分。 検査担当者の指示に従って、検査台の上に寝て頂きます。
- ② 身体の位置が決まったら、検査台が自動的に装置の円筒内に入っていきます。
- ③ 検査中、かなり大きな連続音が周囲から聞こえます。身体を動かさないようご協力ください。（耳栓を準備しています）
- ④ 検査終了後、検査台から降り退室して頂きます。

★ 当院では連続してMR検査を行うため、基本的に担当者から声かけをしません、

不安感等ある方は、あらかじめ係員までお知らせください。対応をさせていただきます。

★ MR室内にはカメラでMR室内を撮影し、検査台にマイクも備え付けています。

万が一、気分が悪くなった場合は、検査担当者といつでも連絡をとれる準備をしています。

お問い合わせは、（088）-843-7127 もみのき病院ドック室まで、お願いいたします。